

CV nenoteiktības 2023. gadā

Testa nosaukums	Iekārta	Vidējie CV%			Pieļaujamais kopējais CV%*
		Vidējie	Augstie	Zemie	
	Hematoloģija				
Hemoglobīns	Mindray BC-760	0.7	0.7	0.8	5
Eritrocīti	Mindray BC-760	0.8	0.9	0.9	5
Hematokrīts	Mindray BC-760	1.2	1.1	1.3	5
MCV	Mindray BC-760	0.7	0.6	0.8	5
MCH	Mindray BC-760	0.8	0.7	1.0	5
MCHC	Mindray BC-760	1.1	1.0	1.3	5
Trombocīti	Mindray BC-760	2.5	1.6	5.8	15
Leikocīti	Mindray BC-760	1.9	1.3	2.6	10
Neitrofilie	Mindray BC-760	2.5	1.8	3.4	10
Limfocīti	Mindray BC-760	3.0	2.2	4.6	10
Monocīti	Mindray BC-760	7.0	6.7	10.2	30
Eozinofīlie	Mindray BC-760	8.8	7.0	7.6	30
Bazofīlie	Mindray BC-760	6.2	5.4	7.2	10
EGĀ	Mindray BC-760	3.4	2.8	-	30
	Imūnķīmija				
TSH	Cobas e 411	2.9	2.6	-	12
FT4	Cobas e 411	2.6	3.6	-	12
FT3	Cobas e 411	3.3	3.5	-	12
Anti-TPO	Cobas e 411	10.9	7.9	-	20
Ferritīns	Cobas e 411	4.6	3.1	-	15
PSA	Cobas e 411	3.8	3.4	-	20
Vitamīns D kop.	Cobas e 411	10.1	8.8	-	25
CRO	Cobas Integra 400 Plus	2.3	2.6	-	15
ASO	Cobas Integra 400 Plus	1.9	2.0	-	20
RF	Cobas Integra 400 Plus	4.1	2.8	-	20
	Klīniskā ķīmija				
Albumīns	Cobas Integra 400 Plus	1.5	1.3	-	5
Kop. olbaltums	Cobas Integra 400 Plus	1.6	1.4	-	5
ALAT	Cobas Integra 400 Plus	1.4	1.2	-	12
ASAT	Cobas Integra 400 Plus	1.3	1.1	-	12
CK	Cobas Integra 400 Plus	1.9	1.1	-	12
LDH	Cobas Integra 400 Plus	0.9	0.8	-	12
Holesterīns	Cobas Integra 400 Plus	1.1	1.3	-	5
Triglicerīdi	Cobas Integra 400 Plus	1.2	1.6	-	15
LDL-holesterīns	Cobas Integra 400 Plus	1.8	1.8	-	10
HDL-holesterīns	Cobas Integra 400 Plus	1.4	1.5	-	10
Glikoze	Cobas Integra 400 Plus	1.2	1.3	-	6
Sārmainā fosfat.	Cobas Integra 400 Plus	3.6	3.0	-	12
Amilāze	Cobas Integra 400 Plus	1.8	1.5	-	12
Lipāze	Cobas Integra 400 Plus	1.8	1.6	-	12

SIA „Ludzas medicīnas centrs” Klīniskā laboratorija	CV nenoteiktības	VL-Kv-04 1(2) 1.Versija
Izstrādāja: L.Broka Amats: laboratorijas vadītāja		Apstiprinu: L.Broka Datums: 15.03.2016.

GGT	Cobas Integra 400 Plus	1.0	1.2	-	22
Urea	Cobas Integra 400 Plus	2.1	2.0	-	10
Kreatinīns	Cobas Integra 400 Plus	2.6	2.4	-	8
Urīnskābe	Cobas Integra 400 Plus	1.1	1.1	-	8
Bilirubīns kop.	Cobas Integra 400 Plus	3.5	2.8	-	12
Bilirubīns tiešais	Cobas Integra 400 Plus	4.0	3.8	-	12
Kalcijs	Cobas Integra 400 Plus	1.5	1.4	-	3
Magnijs	Cobas Integra 400 Plus	1.6	1.4	-	6
Fosfors	Cobas Integra 400 Plus	1.2	0.8	-	6
Kālijs	Cobas Integra 400 Plus	1.0	1.1	-	4
Nātrijs	Cobas Integra 400 Plus	0.8	0.6	-	2
HbA1c	Cobas Integra 400 Plus	1.8	2.2	-	10
Albumīns urīnā	Cobas Integra 400 Plus	4.6	-	-	46
Protrombīns	Sysmex CA 600	5.8	5.5	-	15
APTL	Sysmex CA 600	2.3	1.8	-	15
D-dimēri	Sysmex CA 600	8.4	7.1	-	15

*Pieļaujamās nenoteiktības norādītas starptautiskajā starplaboratoriju salīdzinošās izmeklēšanas programmā Labquality (Somija)

Laboratorijas vadītāja L.Broka

26/03/2024

SIA „Ludzas medicīnas centrs” Klīniskā laboratorija	CV nenoteiktības	VL-Kv-04 2(2) 1.Versija
Izstrādāja: L.Broka Amats: laboratorijas vadītāja		Apstiprinu: L.Broka Datums: 15.03.2016.