

SIA "Ludzas medicīnas centrs"
Klīniskā laboratorija

CV nenoteiktības 2020. gadā

Testa nosaukums	Iekārta	Vidējie CV%			Pieļaujamais kopējais CV%*
		Vidējie	Augstie	Zemie	
Hematoloģija					
Hemoglobīns	Sysmex XT-1800i	0.9	0.7	1.2	5
Eritrocīti	Sysmex XT-1800i	0.7	0.7	0.8	5
Hematokrīts	Sysmex XT-1800i	1.0	0.7	0.9	5
MCV	Sysmex XT-1800i	0.7	0.4	0.6	5
MCH	Sysmex XT-1800i	1.0	0.7	1.2	5
MCHC	Sysmex XT-1800i	1.3	0.8	1.3	5
Trombocīti	Sysmex XT-1800i	2.6	1.7	5.7	15
Leikocīti	Sysmex XT-1800i	1.8	1.3	2.7	10
Neitrofilie	Sysmex XT-1800i	2.7	2.1	3.7	10
Limfocīti	Sysmex XT-1800i	3.7	3.2	5.0	10
Monocīti	Sysmex XT-1800i	7.8	7.5	12.9	30
Eozinofīlie	Sysmex XT-1800i	6.6	6.1	8.1	30
Bazofīlie	Sysmex XT-1800i	2.3	1.5	3.4	10
EGĀ	Sediplus	12.7	17.4	-	30
Imūnķīmija					
TSH	Cobas e 411	2.8	2.7	-	12
FT4	Cobas e 411	2.6	3.1	-	12
FT3	Cobas e 411	3.3	3.3	-	12
Anti-TPO	Cobas e 411	11.2	6.8	-	20
Ferritīns	Cobas e 411	3.9	4.6	-	15
PSA	Cobas e 411	3.2	4.8	-	20
Vitamīns D kop.	Cobas e 411	8.4	6.2	-	25
CRO	Cobas Integra 400 Plus	2.3	2.0	-	15
ASO	Cobas Integra 400 Plus	3.4	2.4	-	20
RF	Cobas Integra 400 Plus	1.2	1.0	-	20
Klīniskā ķīmija					
Albumīns	Cobas Integra 400 Plus	1.4	0.9	-	5
Kop. olbaltums	Cobas Integra 400 Plus	1.9	1.7	-	5
ALAT	Cobas Integra 400 Plus	1.4	1.4	-	12
ASAT	Cobas Integra 400 Plus	1.6	1.5	-	12
CK	Cobas Integra 400 Plus	1.5	1.3	-	12
LDH	Cobas Integra 400 Plus	1.0	1.0	-	12
Holesterīns	Cobas Integra 400 Plus	1.1	1.3	-	5
Triglicerīdi	Cobas Integra 400 Plus	2.0	1.0	-	15
LDL-holesterīns	Cobas Integra 400 Plus	1.3	1.5	-	10
HDL-holesterīns	Cobas Integra 400 Plus	1.4	1.2	-	10
Glikoze	Cobas Integra 400 Plus	1.2	1.1	-	6
Sārmainā fosfat.	Cobas Integra 400 Plus	4.2	3.8	-	12
Amilāze	Cobas Integra 400 Plus	1.3	1.3	-	12

Lipāze	Cobas Integra 400 Plus	2.6	1.7	-	12
GGT	Cobas Integra 400 Plus	1.4	1.1	-	22
Urea	Cobas Integra 400 Plus	3.1	2.3	-	10
Kreatinīns	Cobas Integra 400 Plus	3.4	3.1	-	8
Urīnskābe	Cobas Integra 400 Plus	1.3	1.3	-	8
Bilirubīns kop.	Cobas Integra 400 Plus	3.8	3.0	-	12
Bilirubīns tiešais	Cobas Integra 400 Plus	3.3	3.4	-	12
Kalcijs	Cobas Integra 400 Plus	1.6	1.4	-	3
Magnijs	Cobas Integra 400 Plus	1.8	1.1	-	6
Fosfors	Cobas Integra 400 Plus	1.2	1.0	-	6
Kālijs	Cobas Integra 400 Plus	1.1	1.0	-	4
Nātrijs	Cobas Integra 400 Plus	0.9	1.1	-	2
Etilalkohols	Cobas Integra 400 Plus	4.3	4.1	-	10
HbA1c	Cobas Integra 400 Plus	2.5	1.6	-	10
Albumīns urīnā	Cobas Integra 400 Plus	6.9	-	-	46
Protrombīns	Sysmex CA 500	5.2	3.2	-	15
APTL	Sysmex CA 500	1.4	2.1	-	15
D-dimēri	Cobas Integra 400 Plus	2.6	3.2	-	15

*Pieļaujamās nenoteiktības norādītas starptautiskajā starplaboratoriju salīdzinošās izmeklēšanas programmā Labquality (Somija)

Laboratorijas vadītāja L.Broka
14/04/2021